



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

N° SOLICITUD INICIO DE PROCESO: 5000005255
 NOMBRE DEL BIEN: Adquisición de Termopozo para sistema de medicion de flujo Estacion Yacuses
 PROYECTO:
 UNIDAD SOLICITANTE: Operaciones GTB

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	EMPRESA	EMPRESA
					RESULTADO TÉCNICO	RESULTADO TÉCNICO
					CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
1	Termopozo	Marca Rosemount Thermowell 114CE0130FAMTSC022AE03R16R21S052 114C Barstock Thermowell E Dimensional Units: English Units 13 Immersion Length (U): 13.0 F Mounting Style: Flange, Full Penetration Weld AM Process Connections: 1 1/2" Class 400/600 T Stem Style: Twisted Stem SC Thermowell Material: 316/ 316L Dual Rated 22 Head Length (H): 2.25 inch Head Length A Instrument Connection: 1/2"-14 ANPT Instrument Connection E03 Fillet Radius: 0,118 in Q73 Dye Penetration Test R16 Flange Face - RTJ R21 Thermowell Calculation S052 Shielded Length (S): 5,25in	Pza.	1		
	Tiempo y lugar de entrega	Tiempo de entrega de 126 días calendario Lugar de entrega en Almacenes de YPFB Transporte S.A.				
RESULTADO						
Comentarios:						